

Bydgoszcz, 7 czerwca 2010 r.

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne

Nr postępowania: AZZP-S.24-87/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zestawu do destylacji z wyparką rotacyjną

Uprzejmie informujemy, że wpłynęło pytanie dotyczące SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytanie i odpowiedź.

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyparki z łaźnią wodno - olejową o zakresie temperatur 20 – 180°C (oleje – pochodne ropy naftowej - używane w łaźniach olejowych w temperaturze powyżej 160°C zaczynają się palić), z elektronicznym wyświetlaczem pokazującym jednocześnie temperaturę zadaną i faktyczną temperaturę medium w łaźni?

Odp: Tak, zamawiający dopuszcza wyparkę z łaźnią wodno-olejową.

Zastępca Kanclerza
mgr inż. Marian Dahms